

# Viskosimeter Ubbelohde Typ 50110



## Gerätekonfiguration

- Ubbelohde-Viskosimeter Typ 50110
- Kapillare I mit  $\varnothing$  0,63 mm
- Messbereich: 1,2 - 10 mm<sup>2</sup>/s (cSt)
- Konstante K 0,001 mm<sup>2</sup>/s, kalibriert nach DIN 55350
- Mindest-Durchflusszeit 250 s

## Anwendungsbeispiele

- Bestimmung der absoluten und der relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten

## Hersteller:

SI Analytics GmbH, Mainz

---

**Ansprechpartner:** Dr. Kerstin Wagner, +49 3641 282555, [kw@innovent-jena.de](mailto:kw@innovent-jena.de)

---